

Segue abaixo nome das Empresas que encaminharam amostras conforme EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2017 -REGISTRO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE no Item 1.7.

NOME DA EMPRESA	PRODUTO / ITEM DO EDITAL	MARCA APROVADA OU REPROVADA	JUSTIFICATIVA
TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	Item 19- Marca ANDREONI	MARCA REPROVADA	Marca reprovada, material com trama muito aberta, não promovendo boa contensão.
	Item 20- Marca ANDREONI	MARCA REPROVADA	Marca reprovada, material com trama muito aberta, não promovendo boa contensão.
	Item 21- Marca ANDREONI	MARCA REPROVADA	Marca reprovada, material com trama muito aberta, não promovendo boa contensão
	Item 22- Marca ANDREONI	MARCA REPROVADA	Marca reprovada, material com trama muito aberta, não promovendo boa contensão
	Item 23- Marca ANDREONI	MARCA REPROVADA	Amostra descrita, porem não apresentada.
	Item 24- Marca ORTOFEN	MARCA APROVADA	
	Item 62- Marca VITA GOLD	MARCA APROVADA	
	Item 73- Marca MISSNER	MARCA APROVADA	
	Item 77- Marca CRAL	MARCA APROVADA	
	Item 87- Marca PROCARE	MARCA REPROVADA	Marca reprovada, material pouco resistente, fio rompe da agulha ao ser tracionado.
	Item 88- Marca PROCARE	MARCA REPROVADA	Marca reprovada, material pouco resistente, fio rompe da agulha ao ser tracionado.
	Item 89- Marca PROCARE	MARCA REPROVADA	Marca reprovada, material pouco resistente, fio rompe da agulha ao ser tracionado.
	Item 90- Marca PROCARE	MARCA REPROVADA	Marca reprovada, material pouco resistente, fio rompe da agulha ao ser tracionado.
	Item 91- Marca MASTERFIX	MARCA APROVADA	

	Item 93- Marca MISSNER	MARCA APROVADA	
	Item 94- Marca MISSNER	MARCA APROVADA	
	Item 120 - Marca LAGROTTA	MARCA REPROVADA	Marca reprovada, pó em maior quantidade que resseca a pele do profissional.
	Item 121- Marca LAGROTTA	MARCA REPROVADA	Marca reprovada, pó em maior quantidade que resseca a pele do profissional
STOCK MED	Item 120 - Marca LEMGRUBER	MARCA REPROVADA	Marca reprovada, material estranho nas caixas, luvas colabadas, pó em maior quantidade que resseca a pele do profissional.
	Item 121 - Marca LEMGRUBER	MARCA REPROVADA	Marca reprovada, material estranho nas caixas, luvas colabadas, pó em maior quantidade que resseca a pele do profissional..
	Item 123 - Marca LEMGRUBER	MARCA REPROVADA	Marca reprovada, material estranho nas caixas, luvas colabadas, pó em maior quantidade que resseca a pele do profissional..
FUMAMED COM.E.I.M.P MEDICO HOSPITALAR LTDA			
	Item 50 - Marca ConvaTec	MARCA APROVADO	
	Item 52 - Marca ConvaTec	MARCA APROVADO	
	Item 54 - Marca ConvaTec	MARCA APROVADA	
	Item 55 - Marca ConvaTec	MARCA APROVADA	
	Item 59 - Marca ConvaTec	MARCA APROVADA	
	Item 95 - Marca ACCUCHEK ACTIVE/ROCHE	MARCA APROVADA	
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA			
	Item 16- Marca MB Textil	MARCA REPROVADA	Marca reprovada, material com trama muito aberta, não promovendo boa contensão.
	Item 17- Marca MB Textil	MARCA REPROVADA	Marca reprovada, material com trama muito aberta, não promovendo boa contensão.
	Item 18- Marca MB Textil	MARCA REPROVADA	Marca reprovada, material com trama muito aberta, não promovendo boa contensão.
	Item 19- Marca Neve	MARCA APROVADA	

	Item 20 - Marca Neve	MARCA APROVADA	
	Item 21-Marca Neve	MARCA APROVADA	
	Item 22-Marca Neve	MARCA APROVADA	
	Item 23-Marca Neve	MARCA APROVADA	
	Item 24-Marca Neve	MARCA APROVADA	
	Item 53 - Marca CRAL	MARCA APROVADA	
	Item 60 - Marca Aniosyme Symgy	MARCA APROVADA	
	Item 62 - Marca Solidor	MARCA APROVADA	
	Item 73 - Marca Cral	MARCA REPROVADA	Marca reprovada. material de baixa qualidade e de difícil manuseio.
	Item 77 - Marca Cral	MARCA APROVADA	
	Item 87- Marca PROCARE	MARCA REPROVADA	Marca reprovada. material pouco resistente, fio rompe da agulha ao ser tracionado.
	Item 88- Marca PROCARE	MARCA REPROVADA	Marca reprovada. material pouco resistente, fio rompe da agulha ao ser tracionado.
	Item 89- Marca PROCARE	MARCA REPROVADA	Marca reprovada. material pouco resistente, fio rompe da agulha ao ser tracionado.
	Item 91- Marca Ciex	MARCA APROVADA	
	Item 93- Marca Ciex	MARCA REPROVADA	Marca reprovada. baixa qualidade (grosso) e pouca fixação na pele.
	Item 120- Marca Descarpack	MARCA APROVADA	
	Item 121- Marca Descarpack	MARCA APROVADA	
	Item 123- Marca Descarpack	MARCA APROVADA	
	Item 126- Marca TKL	MARCA APROVADA	

Melissa C. Rathke
Melissa Caren Rathke
Enf. Coord/ Pam Central
Equipe Técnica Avaliação das Amostras

Leila Andrade Sobral
Médica Gineco/Obteira
Equipe Técnica Avaliação das Amostras

ELIA A. SOBRAL
MÉDICA
CRM 32496-RS

Liya Maria Reis
Liya Maria Reis
Enf. Coord/ EACS
Membro da Comissão de Licitação