



**CIRÚRGICA  
LAJEADENSE**

**PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO SOBRE O EDITAL**

Lajeado, 15 de outubro de 2018

À  
Comissão de Licitações  
Senhor Presidente da Comissão de Registro de Preços  
Prefeitura Municipal de Candelária

Ref.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 14/2018.

Prezados Senhores:

Cirúrgica Lajeadense LTDA ME, inscrita no CNPJ 21.112.395/0001-94, sediada à Rua Bahua, 134 sala 01, Bairro São Cristovão, Lajeado, RS, CEP 95913-198, por intermédio de seu representante legal Welton Everson Lüdtkke, portador da Carteira de Identidade nº 5053073093 e do CPF nº 62109600063, vem respeitosamente à presença de Vossas Senhorias, a fim de solicitar, consoante lhe faculta a legislação pertinente e em especial ao item nº 21 do sobredito Edital, a devida IMPUGNAÇÃO sobre disposição contida no ato de convocação epigrafado, conforme adiante se especifica:

**O referido Edital, no item nº 21, dispõe que:**

**FITA PARA APARELHO DE GLICOSE, CAIXA COM 50 UNIDADES, COMPATÍVEL COM APARELHO ACCU-CHEK ADVANTAGE, ROCHE.**

Nestes descritivos se extrai flagrante direcionamento do certame ao produto Accu Check Advantage da Roche.

Com a devida vênia, a manutenção da descrição nestes moldes limita a competição, ferindo, pois, frontalmente o inciso II do artigo 3º da Lei 10.520/2002, senão veja-se:

"Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

I - (...);

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, **vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição**".

Da mesma maneira, atenta contra os princípios constitucionais da isonomia e eficiência, além de impedir a seleção de proposta mais vantajosa à Administração Pública, consoante preceitua o §1º do art. 3º da Lei 8.666/93, veja-se:

Art. 3º (...)

§ 1º É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato".

No caso do item 21 (vinte um) a vinculação do descritivo da tira, ao especificar a marca a ser utilizada na reação, descredencia inequivocamente outros fabricantes do produto licitado, que teriam plenas condições de atender a necessidade do uso principal das tiras, que é a determinação da glicemia capilar e, por conseguinte, retira da Administração a possibilidade de alcançar propostas mais vantajosas. Em outros termos: beneficia um fabricante em detrimento de toda uma coletividade.



**CIRÚRGICA  
LAJEADENSE**

O equipamento e tiras que ofertaremos, **On Call Plus** atende a necessidade de uso em hospitais, clínicas e uso ambulatorial, pois permite:

- O uso de sangue total, capilar, venoso, arterial e neonatal;
- A leitura do teste ocorre em até 10 segundos;
- A amostra de sangue é coletada com a tira inserida no equipamento;
- Utiliza 1 microlitro de amostra;
- Utiliza a enzima glicose oxidase;
- Possui faixa de leitura de 20 a 600 mg/dl de glicose sanguínea;

As tiras de glicemia e equipamentos On Call Plus são/foram utilizadas por vários hospitais e prefeituras do Rio Grande do Sul, inclusive as prefeituras de Jaguarão, Bagé, Canoas, Cachoeirinha, Dom Pedrito, Guaíba, Garibaldi, Carlos Barbosa, Passo Fundo, Erechim, Carazinho, Triunfo, Montenegro, Lajeado, além de hospitais como: Santa Casa de Bagé, Fundação Assistencial e Beneficente de Camaquã, Hospital Pompéia de Caxias do Sul, Hospital São Vicente de Paula de Passo Fundo, Hospital Montenegro, Hospital Centenário de São Leopoldo, Hospital de Triunfo, Hospital Municipal Getúlio Vargas de Sapucaia do Sul e outros.

Sugerimos que no edital seja alterado o descritivo do item e passe a conter uma descrição que não restrinja a participação de marcas diferentes. Sugerimos constar o descritivo: **"Tira reagente para glicemia capilar, com leitura por amperometria, apresentação do resultado através de monitor portátil com memória de no mínimo 300 resultados de medições, leitura na faixa de 20 a 600mg-dl, sendo aceitos valores inferiores a 20 mg. O resultado deve ser rápido, em até 10 segundos e volume de amostra de no máximo 02 (dois) microlitros, aplicada diretamente na tira reativa. Embalagem contendo 50 tiras e deve apresentar externamente dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, validade e número do registro no Ministério da Saúde."**

Para ilustrar a pertinência dessas alegações, a Impugnante pede vênias para trazer a colação a lição de Marçal Justem Filho, em sua obra "Comentários à Lei de Licitação e Contratos Administrativos", para quem:

"(...) deverá existir um vínculo de pertinência entre a exigência ou a limitação e o interesse supra-individual a ser satisfeito. Isso equivale a afirmar a nulidade de qualquer edital que contemple exigências excessivas ou inúteis, que impeçam a participação de interessados que poderiam executar prestação útil para a Administração"<sup>1</sup>. (grifou-se)

Como se não bastasse, traz ainda o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar caso análogo ao vertente, referenda todo o quanto aqui defendido, veja-se:

"A busca da melhor proposta recomenda a admissão do maior número de licitantes. Quanto mais propostas houver, maior será a chance de um bom negócio. Por isto, os preceitos do edital não devem funcionar como negaças, para abater concorrentes." (STJ, MS nº 5.623, DJ de 18/02/1998)

Diante do exposto, demonstrado tempestivamente os fundamentos impeditivos de se manter as exigências atacadas, a qual acabará por desprezar concorrentes capazes de apresentar melhores ofertas, espera e requer a Prefeitura de Candelária, que mediante o acolhimento das sugestões acima delineadas, seja alterada a descrição do produto no Edital ora solicitado impugnação, de forma a permitir a participação de nossa empresa no processo licitatório no item 21.

Pede deferimento.

<sup>1</sup> Filho, Marçal Justem. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª edição, Ed. Dialética, p. 401.



**CIRÚRGICA  
LAJEADENSE**

  
Welton Everson Lüdtké  
Representante Legal  
CPF 62109600063  
RG 5053073093

「21.112.395/0001-94」

CIRÚRGICA LAJEADENSE LTDA. - ME

RUA BAHIA, 134 - SALA 101  
SÃO CRISTÓVÃO - CEP 95.913-198  
LAJEADO - RS